



DE: Núcleo de Assistência Farmacêutica/SEMS	CI Nº: 268/2021
PARA: Izabel Lemes da Silva	
ORGÃO/SETOR: Departamento de Licitação/SEMAD	DATA: 14/12/2021
ASSUNTO: Análise da amostra referente ao PE nº 036/2021	
HISTÓRICO	

Fls.: _____

Proc.: _____

Rub.: _____

Prezada,

Considerando a solicitação de análise de amostras constantes do seguinte certame:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

EDITAL: 036/2021

PROCESSO: nº 210/2021/DL/PMD

OBJETO: Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de seringas, objetivando atender o Bloco da Assistência Farmacêutica.

Considerando o item **7.4.13.2**. O(a) pregoeiro(a) exigirá que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra, observando-se o procedimento estabelecido no Termo de Referência pelo órgão requisitante, sob pena de não aceitação da proposta.

I. A análise para avaliação técnica da conformidade e da compatibilidade da documentação e das amostras com as especificações constantes na proposta de preços será efetuada pela Comissão de Análise e Acompanhamento de Procedimentos Licitatórios, cujo resultado será reproduzido em Laudo consignando as razões que levaram à aceitação ou rejeição da mesma.

- A empresa **GUARIÃ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRIELI**, CNPJ: 32.181.809/0001-53, **atendeu ao solicitado em Edital para os itens 01 e 02**, estando regular quanto às características exigidas: SERINGA 0,5 ML SERINGA material: polipropileno, capacidade: 0,5 ml, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala UI), numerada, tipo agulha: c, agulha fixa cerca 30g x 8mm, esterilidade: estéril, uso único.

Estando as amostras em conformidade e compatíveis com o solicitado em Edital.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Sirley Massako Basho
Farmacêutica
CRF/MS 3377
Matrícula 114754795-3

Enviado por:	Entrega:	Horário:	Recebido por:
NAF/SEMS	14 / 12 / 2021	12h34min	